

Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Burzenin z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

Burzenin, dnia 05 lipiec 2018r.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze otrzymane przez Gminę Burzenin prośby dotyczące uszczegółowienia specyfikacji towarowej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „**Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Burzenin z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej** –” poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia:

1. Pytanie nr 1

„Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych i obligatoryjne jest zgłoszenie zestawu ratowniczego PSP R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prosimy o wyjaśnienie czy na potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu Zamawiający wymaga przedłożenia zgłoszenia w/w zestawu do Rejestru Wyrobów Medycznych do oferty przetargowej?”.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem wymagań (część III pkt. 2 zapytania ofertowego) „*przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty*”. Nie jest jednak konieczne – **na etapie zgłaszania ofert** – załączanie do oferty potwierdzeń potwierdzenia dopuszczenia wyrobu do obrotu.

2. Pytanie nr 2

„Minimalne wymagania KSRG określa podstawowy rodzaj asortymentu do wyposażenia zestawu R1. Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomię użytkowania wymaga, aby wyposażenie było wielorazowego użytku?”. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Skład wyposażenia powinien być zgodny z zakresem czynności i zapisów standardu KSRG z 26 lipca 2013 r.” (Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Załącznik nr 3 Minimalny standard wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego 3.1. Standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 z witryny straż.gov.pl).

3. Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający wymaga deski ortopedycznej wykonanej z tworzywa sztucznego, zmywalnego, przepuszczalnej dla promieni X, co umożliwiają diagnostykę RTG, posiadającej 4 komplety pasów zabezpieczających i mocowanie pasów w min. 5 punktach na dłuższej stronie deski oraz możliwość



Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Burzenin z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego), z zestawem klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, wyposażonej w 14 dużych uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt oraz pracę w grubych rękawicach, posiadającej udźwig 450 kg i dodatnia pływalność noszy”.

Odpowiedź:

Skład wyposażenia powinien być zgodny z zakresem czynności i zapisów standardu KSRG z 26 lipca 2013 r. (Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Załącznik nr 3 Minimalny standard wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego 3.1. Standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 z witryny straż.gov.pl).

4. Pytanie nr 4

Zgodnie z ust. 2 art. 29 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, natomiast Zamawiający określił przedmiot zamówienia Torba ratownicza typu PSP R1 opisując jej parametry w sposób wskazujący jednego producenta. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści Torbę o parametrach wskazanych poniżej:

Torba posiadająca 4 niezależne przegrody.

- W komorze wewnętrznej pięć zamykanych organizatorów.
- Uchwyty do transportu w rękę (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach, klatce piersiowej.
- Pas biodrowy.
- Zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca regulację zaworu butli tlenowej.
- Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją szczegółową (załącznik 2 do zapytania ofertowego Część I zamówienia: **Zakup i dostawa torby ratowniczej PSP R-1 (z wyposażeniem) 2 kpl., nosze typu deska zestawu PSP R-1 – 1 kpl. oraz szyny typu Kramera – 1 kpl.**

Jeżeli skład wyposażenia torby PSP R-1 zaproponowanej powyżej spełnia zakres standardu KSRG z 26 lipca 2013 r. (Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Załącznik nr 3 Minimalny standard wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego 3.1. Standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 z witryny straż.gov.pl). Gmina Burzenin dopuszcza złożenia oferty na torbę o powyższych parametrach.

Z poważaniem